


附表 3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	宣城市疾病预防控制中心
拟采购产品名称	快速 HIV 核酸检测试剂及耗材
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	/
采购项目所属项目金额	/
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：国内无满足实验要求的产品	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：	
1. 宣城市疾病预防控制中心具有赛沛 GeneXpert HIV 病毒载量检测设备，该设备为进口设备，是集试剂和设备为一体的封闭式检测系统，不同品牌之间的试剂和耗材不能通用，只能使用相应配套的进口 HIV 核酸检测试剂及耗材。	
2. 此类 HIV 核酸检测试剂进口试剂及耗材不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品。	
三、专家论证意见	
专家签字： 2023年 10月 27日	